



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Svářečky krevních vaků
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html
Evidenční číslo zadavatele:	TRI/Buj/2025/34/svářečka
EZAK:	P25V00000388

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

V souladu s ustanovením čl. 2.5 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 7. 10. 2025 byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz

*Zadavatel požaduje hmotnost sestavy – kleště, kabel, baterie max. 1,2 kg. Rádi bychom nabídli svářečku s hmotností sestavy o něco vyšší – 1,35 kg.
Bude zadavatel tuto hmotnost akceptovat?*

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat o něco vyšší hmotnost sestavy – 1,35 kg (kleště, kabel, baterie) s podmínkou dodržení všech ostatních požadovaných parametrů.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do **16. 10. 2025, 7:00 hodin.**

V Třinci, dne 8. 10. 2025



Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek