



Dodatečné informace č.1

k veřejné zakázce malého rozsahu č.16/2025 s názvem „dodání kanyl“ (č.spisu ZZS/Do/2025/16/kanyly)

Zadavatel na základě dotazu podaného dodavatelem upřesňuje zadávací podmínky:

Dotaz v přesném znění:

Dodavatel žádá o objasnění obsahu specifikace smluvních podmínek pro výše uvedený postup a o odpovědi na následující otázky:

Pozice 1 – Připustí zadávající kanyly s průtokem 61 ml/min?

Pozice 2 – Připustí zadavatel kanyly velikosti 22G – 0,9x25 s průtokem 36 ml/min?

Pozice 3 – Připustí zadavatel kanyly velikosti 18G – 1,3X45 s průtokem 90 ml/min?

Odpověď zadavatele:

Pozice 1 (kanyla růžová přímá)- ANO, zadavatel tyto kanyly připouští, za dodržení všech ostatních požadovaných materiálových vlastností uvedených ve Výzvě.

Pozice 2 (kanyla modrá přímá)- ANO, zadavatel tyto kanyly připouští, za dodržení všech ostatních požadovaných materiálových vlastností uvedených ve Výzvě.

Pozice 3 (kanyla zelená přímá)- NE, zadavatel tento typ kanyl s průtokem 90 ml/min. nepřipouští, zadavatel poptává a požaduje kanylu s průtokem 100 ml/min., a to z důvodu řešení obzvláště těžkých stavů pacientů, kdy je žádoucí/nutné použít průtok o minimálním objemu 100 ml/min.

V Ostravě dne 20.11.2025

Za zadavatele Bc. Jiří Flašar, náměstek pro NLZP