



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Modulární systém – řídicí jednotky (2 ks) a elektrochirurgické generátory s harmonickými skalpely (3 ks)
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html
Evidenční číslo zadavatele:	TRI/Buj/2026/25/Harmonické skalpely
EZAK:	P26V00000214

Název zadavatele:	Moravskoslezská nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

V souladu s ustanovením čl. 2.5 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 24. 8. 2026 byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 1a – Technická specifikace uvádí mimo jiné požadavek „Wifi“.
Uchazečem nabízený modulární systém má z bezpečnostních důvodů bezdrátové připojení (WiFi) trvale zakázané – přístroj se do sítě připojuje výhradně přes ethernetový (LAN) port. Toto řešení naopak snižuje kyberbezpečnostní rizika a je v souladu s požadavky Přílohy č. 1b.
Bude zadavatel akceptovat nabídku systému, který nedisponuje aktivní WiFi a připojuje se pouze přes zabezpečený LAN port?

Odpověď:

Ano, zadavatel akceptuje nabídku systému, který nedisponuje aktivní WiFi a jehož připojení je realizováno výhradně prostřednictvím zabezpečeného LAN portu.

Dotaz č. 2

Zadavatel v příloze č. 1a – Technická specifikace uvádí mimo jiné požadavek pro monopolární režim „koagulace, výkon max. 120 W, proud max. 1 A“. Uchazečem nabízený systém dosahuje v režimech koagulace hodnoty 1,1 A při max. výkonu 120 W.

Bude zadavatel akceptovat drobnou odchylku max. proudu (1,1 A namísto 1 A), pokud je při zachování maximálního výkonu 120 W splněn účel požadavku a zajištěna klinická bezpečnost?

Odpověď:

Ano, zadavatel akceptuje drobnou odchylku maximálního proudu na hodnotu 1,1 A namísto požadované hodnoty 1 A, a to za předpokladu zachování maximálního výkonu 120 W a splnění požadovaného účelu při zachování klinické bezpečnosti.

Dotaz č. 3

Zadavatel v příloze č. 1 Smlouvy o vzdáleném přístupu mimo jiné uvádí požadavky na vzdálený přístup / VPN. Uchazečem nabízený systém nepodporuje vzdálený přístup přímo do zařízení – aktualizace SW, certifikáty a nahrávání logů provádí lokální aktivací biomed technik, kdy se následně uchazečem nabízený přístroj připojí na přes cloudovou službu Polyphonic Fleet, bez servisního technika uchazeče na dálku. Vzhledem k tomu by se model vzdálené administrace přes VPN / jump server dle Přílohy č. 5 fakticky nevyužil.


Bude zadavatel akceptovat nabídku systému nepodporujícího vzdálený přístup přímo do zařízení? A zároveň bude pro zadavatele akceptovatelné, že proto uchazeč Smlouvu o vzdáleném přístupu nepodepíše.

Odpověď:

Ano, zadavatel akceptuje nabídku systému, který nepodporuje vzdálený přístup přímo do zařízení. V takovém případě zadavatel rovněž akceptuje, že uchazeč nebude povinen uzavřít Smlouvu o vzdáleném přístupu.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje **do 3. 9. 2026, 7:00 h.**

V Třinci, dne 25. 8. 2026



Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek