



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Videokolposkop
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html
Evidenční číslo zadavatele:	TRI/Buj/2026/27/videokolposkop
EZAK:	P26V00000217

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

V souladu s ustanovením čl. 2.5 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 28. 8. 2026 byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje:

- *Dioptrická korekce minimálně $\pm 7D$*

Bude zadavatel akceptovat dioptrickou korekci $\pm 5 D$ doplněnou o jemné ostření? Tato kombinace by měla dostatečně plnit zamýšlený medicínský účel.

Odpověď:

Ano, zadavatel bude tuto dioptrickou korekci $\pm 5 D$ doplněnou o jemné ostření akceptovat.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do **9. 9. 2026, 7:00 hodin.**

V Třinci, dne 28. 8. 2026



Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek