



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Centrifugy – 2 ks II.
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html
Evidenční číslo zadavatele:	TRI/Buj/2026/26/centrifugy II.
EZAK:	P26V00000216

Název zadavatele:	Moravskoslezská nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

V souladu s ustanovením čl. 2.5 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 31. 8. 2026 byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

V technické specifikaci na stolní nechlazenou centrifugu včetně příslušenství pro oddělení KL zadavatel požaduje „odpočet nastaveného času centrifugace začne až v okamžiku, kdy přístroj dosáhne zadaných otáček, nebo požadovaného odstředivého zrychlení“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku centrifugy s klasickým odpočtem nastaveného času centrifugace od zahájení centrifugace, když uživatel zná přesný časový interval od zahájení centrifugace po dosažení zadaných otáček, nebo požadovaného odstředivého zrychlení? Tento časový údaj může uživatel přičíst k požadovanému času centrifugace.

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavku, aby odpočet nastaveného času centrifugace začal až v okamžiku, kdy přístroj dosáhne zadaných otáček nebo požadovaného odstředivého zrychlení.

Dotaz č. 2

V technické specifikaci na stolní nechlazenou centrifugu včetně příslušenství pro oddělení KL zadavatel požaduje „rychlost rotace nastavitelná min. od 300 – 14000 rpm v krocích po 10 rpm“ (upraveno dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 1).


Bude zadavatel akceptovat zařízení s rozsahem nastavení rychlosti rotace od 500 rpm?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje hodnotu od 500 rpm, pokud budou současně splněny všechny ostatní požadované technické parametry.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje **do 10. 9. 2026, 7:00 h.**

V Třinci, dne 1. 9. 2026



Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek