



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Šokový zmrazovač krevní plazmy II.
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html
Evidenční číslo zadavatele:	TRI/Buj/2026/22/šokový zmrazovač KP
EZAK:	P26V00000167

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

V souladu s ustanovením čl. 2.5 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 27. 7. 2026 byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

Zadavatel v rámci technické specifikace požaduje ovládání v českém jazyce. Bude zadavatel akceptovat anglický jazyk?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat ovládání v anglickém jazyce a trvá na požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci. Ovládání musí být v českém jazyce.

Dotaz č. 2

V rámci kupní smlouvy je termín dodání stanoven do 4 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Bude zadavatel akceptovat termín dodání s garancí instalace a následné fakturace do 20. 12. 2026?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat navrhovanou změnu termínu dodání a trvá na termínu uvedeném v zadávací dokumentaci, tj. dodání do 4 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Lhůta pro podání nabídek se nemění – **10. 8. 2026, 7:00 hodin.**

V Třinci, dne 27. 7. 2026



Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek